



## **Procedura aperta per la fornitura di Terreni di coltura per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.**

**Numero gara: 7115806**

### **Secondo verbale della Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche**

In data odierna 7 Febbraio 2019, alle ore 9:00 si riunisce in seduta riservata, presso i locali della Sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, "IZSve" o "Istituto") la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi dell'IZSve n. 470 del 08/11/2018, incaricata della valutazione qualitativa delle offerte pervenute.

La Commissione è composta come segue:

- Dott.ssa Michela Favretti, Dirigente veterinario presso la SCS8 – Valorizzazione delle Produzioni Alimentari dell'Istituto, in qualità di Presidente, che partecipa alla presente seduta in videoconferenza;
- Sig.ra Romina Bottazzo, Assistente tecnico presso la SCS8 – Valorizzazione delle Produzioni alimentari dell'Istituto, in qualità di componente effettivo;
- Sig.ra Francesca Barbiero, Operatore tecnico presso la SCS8 – Valorizzazione delle Produzioni alimentari dell'Istituto, in qualità di componente effettivo;
- Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante.

Nel corso della seduta odierna la Commissione giudicatrice procederà, quindi, ad effettuare la verifica di idoneità tecnica delle offerte pervenute relativamente al lotto 1, consistente nel controllo dell'effettivo possesso da parte dei beni e dei servizi offerti delle specifiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla procedura.

Come indicato dal paragrafo 16 del disciplinare di gara, tale verifica sarà espletata mediante analisi della documentazione tecnica e prove sulla campionatura (per il lotto 1 il capitolato tecnico ha previsto la presentazione delle campionature relative ai prodotti TE0068 – Aloa Agar Listeria e TE0102 – Aloa Enrichment Selective Supplement).

Da tale esame emerge l'idoneità tecnica delle offerte presentate dai seguenti concorrenti, essendo i prodotti proposti in possesso di tutte le specifiche tecniche richieste quali caratteristiche tecniche minime dalla documentazione della procedura:

- *Biolife Italiana S.r.l.*;
- *Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c.*

Le offerte presentate dai seguenti operatori non sono ritenute, invece, idonee, in quanto:

- *DID – Diagnostic International Distribution S.p.A.*,
  - o offre il prodotto M17 Agar (cod. IZSve TE0024) avente un pH pari a 7,1 anziché di  $6,8 \pm 0,1$ , come prescritto dall'Allegato A al Capitolato di gara;

- in relazione al prodotto Rappaport Vassiliadis R10 Broth (cod. IZSve TE0654), la ditta ha presentato la scheda tecnica di altro articolo, nello specifico Rappaport Vassiliadis Broth (cod. IZSve TE0006), che non possiede caratteristiche equivalenti al prodotto oggetto di gara.
- *Liofilchem S.r.l.*,
  - offre il prodotto M17 Agar (cod. IZSve TE0024) avente un pH pari a 7,2 anziché di 6,8 ± 0,1, come prescritto dall'Allegato al disciplinare di gara;
  - in relazione al prodotto Rappaport Vassiliadis R10 Broth (cod. IZSve TE0654), la ditta ha presentato la scheda tecnica di altro articolo, nello specifico Rappaport Vassiliadis Broth (cod. IZSve TE0006), che non possiede caratteristiche equivalenti al prodotto oggetto di gara.
- *VWR International S.r.l.*,
  - offre il prodotto M17 Agar (cod. IZSve TE0024) avente un pH pari a 7,2 anziché di 6,8 ± 0,1, come prescritto dall'Allegato al disciplinare di gara;
  - in relazione al prodotto Rappaport Vassiliadis R10 Broth (cod. IZSve TE0654), la ditta ha presentato la scheda tecnica di altro articolo, nello specifico Rappaport Vassiliadis Broth (cod. IZSve TE0006), che non possiede caratteristiche equivalenti al prodotto oggetto di gara.

Ciò considerato, il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale verrà trasmesso al RUP per il seguito di competenza.

Il Presidente chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna osservazione.

La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 12:30

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:

- Dott.ssa Michela Favretti - Presidente della Commissione Giudicatrice.....
- Sig.ra Romina Bottazzo - componente della Commissione.....
- Sig.ra Francesca Barbiero - componente della Commissione.....
- Dott. Stefano Berti- segretario verbalizzante.....

*Documento pubblicato sul profilo del committente in data 15/07/2019*