

LOTTO 1

Valutazione collegiale della Commissione giudicatrice

Linee guida: valutazione dell'offerta per ciascun criterio qualitativo sulla base della seguente tabella:

Valutazione	Coefficiente
Insufficiente	0
Sufficiente	0,33
Buono	0,66
Ottimo	1

ELEMENTAR ITALIA SRL				
Criterio	Valutazione	Coefficiente	Motivazione	
SPETTROMETRO DI MASSA				
1	Sensibilità in molecole di CO ₂ per ione (M=44) in modalità <i>continuous flow</i>	Ottimo	1	Sarà accordata preferenza all'offerta che presenti il valore minimo. In particolare sarà giudicato: - insufficiente = il prodotto che presenti un valore maggiore o uguale a 1500 - sufficiente = il prodotto che presenti un valore compreso tra 1499 e 1100 - ottimo = il prodotto che presenti un valore inferiore a 1099 Valore dichiarato: < 1100 - Ottimo
2	Amplificatore	Ottimo	1	Sarà accordata preferenza all'offerta che presenti un maggior valore di Volt. In particolare sarà giudicato: - insufficiente = il prodotto che presenti un valore inferiore o uguale a 10 Volt - buono = un prodotto che presenti un valore compreso tra 11 e 50 Volt - ottimo = un prodotto che presenti un valore maggiore o uguale a 51 Volt Valore dichiarato: 100 volt - Ottimo
3	Precisione, riferita ai gas di riferimento CO ₂ (¹³ C), N ₂ (¹⁵ N), CO (¹⁸ O), SO ₂ (³⁴ S), H ₂ (² H) in modalità <i>continuous flow</i> considerando 1 deviazione standard	Ottimo	1	Sarà accordata preferenza all'offerta che presenti un valore di precisione uguale o inferiore ai seguenti valori di riferimento: CO ₂ → ¹³ C → 0,06‰ N ₂ → ¹⁵ N → 0,06‰ CO → ¹⁸ O → 0,10‰ SO ₂ → ³⁴ S → 0,10‰ H ₂ → ² H → 0,20‰ In particolare sarà giudicato: - insufficiente = il prodotto che presenti tutti i valori di precisione superiori a quelli di riferimento - sufficiente = il prodotto che presenti 1 o 2 valori di precisione inferiori o uguali a quelli di riferimento - buono = il prodotto che presenti 3 o 4 valori di precisione inferiori o uguali a quelli di riferimento - ottimo = il prodotto che presenti tutti 5 i valori di precisione inferiori o uguali a quelli di riferimento Tutti i valori di precisione dichiarati corrispondono a quelli richiesti di riferimento - Ottimo
4	Tubo di volo in acciaio inossidabile	Ottimo	1	Sarà accordata preferenza all'offerta che presenti un sistema di gestione periferiche e gas di riferimento integrato nello spettrometro in acciaio inossidabile. In particolare sarà giudicato: - insufficiente = il prodotto che non presenti tale caratteristica - ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica La caratteristica è dichiarata nell'offerta - Ottimo
ANALIZZATORE ELEMENTARE CNSOH				
5	Auto campionatore	Ottimo	1	Sarà accordata preferenza all'offerta che presenti un autocampionatore con un numero di posizioni maggiore. In particolare sarà giudicato: - sufficiente = il prodotto che presenti un valore inferiore o uguale a 40 - buono = un prodotto che presenti un valore inferiore o uguale a 60 - ottimo = un prodotto che presenti un valore maggiore di 60 Valore dichiarato: 80 posizioni - Ottimo
6	Sistema di purificazione del campione da azoto atmosferico	Ottimo	1	Sarà accordata preferenza all'offerta che presenti un sistema di purificazione del campione da azoto atmosferico. In particolare sarà giudicato: - insufficiente = il prodotto che non presenti tale caratteristica - ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica La caratteristica è dichiarata nell'offerta - Ottimo
7	Sistema di separazione dei gas di combustione mediante cromatografia	Ottimo	1	Sarà accordata preferenza all'offerta che presenti un sistema di separazione dei gas di combustione a più colonne. In particolare sarà giudicato: - insufficiente = il prodotto che non presenti tale caratteristica - sufficiente = il prodotto che presenti una singola colonna cromatografica - ottimo = il prodotto che presenti un sistema multicolonna cromatografica Presenza dichiarata di un sistema multicolonna - Ottimo
INTERFACCIA PER CROMATOGRAFIA LIQUIDA				
8	Precisione esterna tramite iniezione diretta	Ottimo	1	Sarà accordata preferenza all'offerta che presenti un valore di precisione più basso. In particolare sarà giudicato: - insufficiente = il prodotto che presenti un valore maggiore di 0,8‰ - sufficiente = un prodotto che presenti un valore uguale o inferiore a 0,8‰ - ottimo = un prodotto che presenti un valore uguale o inferiore a 0,5‰ Valore dichiarato: < 0,3 ‰ - Ottimo
9	Pompa dei reagenti di tipo peristaltico	Ottimo	1	Sarà accordata preferenza all'offerta che presenti tale caratteristica. In particolare sarà giudicato: - insufficiente = il prodotto che non presenti tale caratteristica - ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica La caratteristica è dichiarata nell'offerta - Ottimo
SOFTWARE				
10	Possibilità di processare i dati in tempo reale durante l'acquisizione	Ottimo	1	Sarà accordata preferenza all'offerta che presenti tale caratteristica. In particolare sarà giudicato: - insufficiente = il prodotto che non presenti tale caratteristica - ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica La caratteristica è dichiarata nell'offerta - Ottimo
11	Possibilità di taratura multi punto, multi isotopo compresa nel software strumentale	Ottimo	1	Sarà accordata preferenza all'offerta che presenti la possibilità di effettuare la taratura multi punto, multi isotopo senza ricorrere all'ausilio di software esterni. In particolare sarà giudicato: - insufficiente = il prodotto che non presenti tale caratteristica - ottimo = il prodotto che presenti tale caratteristica La caratteristica è dichiarata nell'offerta - Ottimo