



**Procedura di importo pari o superiore ad € 139.000,00 IVA esclusa ed inferiore alla soglia comunitaria, mediante ricorso alla piattaforma telematica *e-procurement*, per l'affidamento della fornitura di kit diagnostici, di durata triennale, per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.**

**Numero gara: 8581039**

**CIG – LOTTO 1: 924896033E**

**CIG – LOTTO 2: 924898470B**

**CIG – LOTTO 3: 9249006932**

### **III Verbale della Commissione giudicatrice di valutazione qualitativa dell'offerta tecnica**

In data odierna 14/11/2022, alle ore 10:00, si riunisce in seduta congiunta e riservata la Commissione Giudicatrice nominata con DD n. 253 del 23/08/2022, incaricata della valutazione qualitativa dell'offerta pervenuta nell'ambito della procedura di gara indicata in oggetto e della conseguente attribuzione del punteggio tecnico-qualitativo sulla base dei parametri, dei metodi e delle formule indicate nella documentazione di gara.

La Commissione è composta come segue:

- dott.ssa Alda Natale, Direttore della SCT3 – Diagnostica in Sanità Animale dell'Istituto, in qualità di Presidente, che partecipa alla presente seduta collegata in videoconferenza;
- dott.ssa Debora Dellamaria, Dirigente veterinario presso la SCT5 – Laboratorio Diagnostica clinica e sierologia di piano dell'Istituto, in qualità di componente effettivo;
- dott. Marco Enrico Bregoli, Dirigente veterinario presso la SCT4 – Laboratorio Diagnostica clinica di Udine dell'Istituto, in qualità di componente effettivo, che partecipa alla presente seduta collegato in videoconferenza;
- dott. Stefano Berti, Assistente amministrativo presso il Servizio Gare, in qualità di segretario verbalizzante, che partecipa alla presente seduta collegato in videoconferenza.

La Commissione si riunisce in data odierna al fine di esaminare l'ulterio chiarimento pervenuto da IDEXX Laboratories Italia S.r.l. (ns. prot. n. 10392/2022).

La Commissione prende atto del fatto che la ditta, nel fascicolo di validazione allegato all'offerta tecnica (updated October 2021, come si legge in calce allo stesso), ha eliminato la tabella esplicativa (tabella estrapolata dall'articolo "Collins et. (2005): - Evaluation of five antibody detection tests for diagnosis of bovine paratuberculosis", allegato alla nota in parola), che invece era presente come tabella 3 a pagina 8 nel *validation report* presentato nella gara precedente (CIG: 8031823603), per le motivazioni addotte nel chiarimento stesso pervenuto dalla ditta. Le informazioni presenti nella suddetta tabella, che chiarivano in maniera esplicita quanto richiesto nei requisiti minimi al punto 11 del presente capitolato relativo al lotto 3 (requisiti di sensibilità diagnostica in funzione del livello di escrezione fecale in *Medium Shedders* e *High Shedders*), non sono però più rintracciabili in altro modo nel nuovo fascicolo di validazione neppure in forma di citazione bibliografica (nella fattispecie: "Collins et al (2005)").

Poiché il disciplinare di gara richiede che nel fascicolo di validazione presentato dalle ditte siano indicati per il kit offerto, i valori di sensibilità diagnostica in campioni di sangue in funzione del livello di escrezione fecale degli animali, come sopra illustrato, la Commissione all'unanimità ritiene che l'offerta presentata dalla Ditta IDEXX Laboratories Italia S.r.l. per il Lotto 3 non sia idonea.

Ciò considerato, il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale verrà trasmesso al RUP per il seguito di competenza.

Il Presidente chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna osservazione.

La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 11:00.

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:

- dott.ssa Alda Natale, Presidente della Commissione Giudicatrice.....
- dott.ssa Debora Dellamaria, componente della Commissione.....
- dott. Marco Enrico Bregoli, componente della Commissione.....
- dott. Stefano Berti, segretario verbalizzante.....