



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SCA2 - Acquisti e Logistica

N. 382 del 10/11/2023

OGGETTO: Esclusione dell'operatore economico Gold Standard Diagnostics Trieste S.r.l. per i lotti 1, 2, 3 e 5 della procedura di importo pari o superiore ad € 139.000,00, IVA esclusa, ed inferiore alla soglia comunitaria, mediante ricorso alla piattaforma telematica e-procurement, per l'affidamento della fornitura di kit vari di sierologia, di durata triennale, per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Numero gara: 9089200 - CIG Lotto 1: 98159477B6; CIG Lotto 2: 9815971B83; CIG Lotto 3: 9815989A5E; CIG Lotto 5: 9816014EFE)



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRETTORE DELLA

SCA2 - Acquisti e Logistica

OGGETTO: Esclusione dell'operatore economico Gold Standard Diagnostics Trieste S.r.l. per i lotti 1, 2, 3 e 5 della procedura di importo pari o superiore ad € 139.000,00, IVA esclusa, ed inferiore alla soglia comunitaria, mediante ricorso alla piattaforma telematica e-procurement, per l'affidamento della fornitura di kit vari di sierologia, di durata triennale, per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Numero gara: 9089200 - CIG Lotto 1: 98159477B6; CIG Lotto 2: 9815971B83; CIG Lotto 3: 9815989A5E; CIG Lotto 5: 9816014EFE)

Con Determinazione del Direttore della SCA2 Acquisti e Logistica n. 194 del 29/05/2023 è stata disposta l'indizione di una procedura, di importo pari o superiore ad € 139.000,00 IVA esclusa ed inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a) del DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, volta all'affidamento della fornitura di kit vari di sierologia, di durata triennale, mediante utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2, 6 e 8 del d.lgs. n. 50/2016, facendo ricorso alla piattaforma telematica per l'e-procurement, costituente mercato elettronico della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 36, comma 6 prima parte del d. lgs. n. 50/2016 e in ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006.

Entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

- Gold Standard Diagnostics Trieste S.r.l., avente sede legale in Trieste, Loc. Padriciano n. 99, offerente per i lotti 1, 2, 3 e 5;
- Innovative Diagnostics S.a.s., avente sede legale in Grabels (Francia), 310 rue Louis offerente per i lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Come emerge dai verbali allegati al presente provvedimento quali sua parte integrante e sostanziale (*Allegati 1, 2 e 3*), in seguito all'esame della documentazione tecnica e/o delle prove

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pratiche previste dal Disciplinare di gara per la verifica pratica dell'idoneità tecnica dei prodotti offerti, è stata rilevata l'inidoneità tecnica degli stessi con riferimento all'offerta presentata dall'operatore Gold Standard Diagnostics Trieste S.r.l., per i lotti 1, 2, 3 e 5.

Tutto ciò premesso,

**IL DIRETTORE DELLA
SCA2 – ACQUISTI E LOGISTICA**

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 6563 del 19.7.2021, avente ad oggetto “*Conferma delegata di funzioni al Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica*”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento dell'istruttoria.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di disporre, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate verbali allegati al presente provvedimento (*Allegati 1, 2 e 3*), l'esclusione dell'operatore economico Gold Standard Diagnostics Trieste S.r.l., avente sede legale in Trieste, Loc. Padriciano n. 99, dai lotti 1, 2, 3 e 5 della procedura di cui all'oggetto;
2. di disporre, altresì, affinché si provveda a trasmettere al medesimo operatore economico comunicazione dell'avvenuta esclusione con le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 76, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016.

Il Direttore
SCA2 – Acquisti e Logistica
dott. Stefano Affolati



Procedura di importo pari o superiore ad € 139.000,00, Iva esclusa, ed inferiore alla soglia comunitaria, mediante ricorso alla piattaforma telematica e-procurement, per l'affidamento della fornitura di kit vari di sierologia, di durata triennale, per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Numero gara: 9089200
CIG – LOTTO 1: 98159477B6
CIG – LOTTO 2: 9815971B83
CIG – LOTTO 3: 9815989A5E
CIG – LOTTO 4: 9816000374
CIG – LOTTO 5: 9816014EFE
CIG – LOTTO 6: 9816028A8D

I Verbale della Commissione giudicatrice di valutazione qualitativa delle offerte tecniche

In data odierna 21/09/2023, alle ore 10:00, si riunisce in seduta congiunta e riservata la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione Dirigenziale n. 291 del 10/08/2023, incaricata della valutazione qualitativa delle offerte pervenute nell'ambito della procedura di gara indicata in oggetto e della conseguente attribuzione del punteggio tecnico-qualitativo sulla base dei parametri, dei metodi e delle formule indicate nella documentazione di gara.

La Commissione è composta come segue:

- dott.ssa Alda Natale, Direttore della SCT3 – Diagnostica in Sanità Animale dell'Istituto, in qualità di Presidente;
- dott. Alexander Tavella, Direttore della SCT6 – Sezione di Bolzano dell'Istituto, in qualità di componente effettivo, collegato, per l'occasione, in videoconferenza;
- dott.ssa Debora Dellamaria, Dirigente veterinario presso la SCT5 – Laboratorio Diagnostica clinica e sierologia di piano dell'Istituto, in qualità di componente effettivo, collegata, per l'occasione, in videoconferenza;
- dott. Stefano Berti, Assistente amministrativo presso il Servizio Gare, in qualità di segretario verbalizzante, collegato, per l'occasione, in videoconferenza.

Le dichiarazioni sostitutive dei componenti della Commissione Giudicatrice e del segretario verbalizzante attestanti l'insussistenza di cause di incompatibilità e astensione di cui all'articolo 77, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, l'assenza di conflitti di interesse o motivi di astensione di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990, e comportanti l'accettazione espressa del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'Istituto sono conservate agli atti, essendo state rese all'atto dell'accettazione dell'incarico.

Atteso che la *lex specialis* di gara prevede l'aggiudicazione della procedura di gara in parola secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo un punteggio massimo di n. 30 punti alla componente economica e un punteggio massimo di n. 70 punti alla componente tecnico-qualitativa, per un totale di n. 100 punti, la Commissione giudicatrice si riunisce in data odierna al fine di effettuare l'esame sostanziale delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti:

- Gold Standard Diagnostics Trieste S.p.A. (Lotti 1, 2, 3 e 5);
- Innovative Diagnostics S.a.s. (Lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6).

In ossequio a quanto indicato nella suddetta documentazione, la Commissione concorda preliminarmente di effettuare le proprie attività valutative secondo la seguente modalità:

- In data odierna verranno analizzate le offerte tecniche al fine di verificarne l'idoneità tecnica, consistente nell'effettiva conformità, dei beni oggetto della procedura di gara in parola, alle modalità di espletamento qualificate quali caratteristiche tecniche minime Capitolato Tecnico;
- In successive sedute verrà effettuata la valutazione sostanziale delle stesse sulla base dei parametri indicati nel Disciplinare di gara, con conseguente attribuzione dei punteggi relativi al fattore qualità applicando le formule ed i metodi indicati nella documentazione di gara.

Concluse le comunicazioni preliminari, il Presidente dà atto del fatto che la documentazione di gara prescrive che l'offerta tecnica, per ogni singolo lotto, sia costituita dalla seguente documentazione:

- a) Il modello di autocertificazione relativo al kit offerto (*Allegati 3A, 3B, 3C, 3D, 3E e 3F*);
- b) il fascicolo di validazione del kit offerto, in cui siano riportati i valori di sensibilità e di specificità diagnostica, la dimensione e le caratteristiche delle popolazioni animali su cui tali valori sono stati calcolati;
- c) le istruzioni d'uso del prodotto offerto, in lingua italiana o inglese.

Ciò considerato nel corso della presente seduta riservata i Commissari, avvalendosi della suddetta documentazione tecnica, verificano preliminarmente l'idoneità tecnica delle offerte, ossia la conformità dei beni proposti alle modalità di espletamento qualificate quali caratteristiche tecniche minime nel Capitolato Tecnico.

Nel corso dell'analisi delle offerte tecniche prodotte dagli offerenti, la Commissione valuta tecnicamente idonee tutte le offerte presentate dagli operatori economici partecipanti, ad eccezione dell'offerta presentata da Gold Standard Diagnostics Trieste S.r.l. per il lotto 2, per il quale la suddetta Commissione rileva all'unanimità la necessità di richiedere un chiarimento necessario per dare un'interpretazione corretta a quanto proposto in ordine al seguente aspetto:

In merito alle caratteristiche tecniche relative al LOTTO 2 del capitolato tecnico di gara, nella propria offerta tecnica l'operatore economico in parola dichiara, infatti, che il kit offerto possiede valori di specificità diagnostica (in capi vaccinati con vaccino marker) e di sensibilità diagnostica superiore al 98%, nel siero di sangue bovino.

Tuttavia, pur avendo reso disponibile il fascicolo di validazione relativo al kit oggetto di gara e, pur fornendo dati relativi alla specificità diagnostica, manca il riferimento al fatto che tale specificità sia stata calcolata a partire da sieri di animali vaccinati con vaccino marker, come richiesto dalle caratteristiche tecniche minime indicate nel capitolato. Nel fascicolo di validazione è riportato, infatti, che la specificità diagnostica è stata calcolata impiegando sieri bovini di differente origine e catalogati in base agli esiti di un altro test commerciale denominato *IDEXX IBR gE Ab kit*.

Si rende, pertanto, necessario richiedere a Gold Standard Diagnostics Trieste S.r.l. di indicare in quale documento dell'offerta tecnica presentata è possibile verificare il possesso della caratteristica tecnica sopraccitata

Il Presidente chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni: nessuno comunica alcuna osservazione.

La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 12:00.

Il presente Verbale, composto da n. 2 pagine è letto, approvato e sottoscritto come segue:

- dott.ssa Alda Natale, Presidente della Commissione giudicatrice.....
- dott. Alexander Tavella, componente della Commissione.....
- dott.ssa Debora Dellamaria, componente della Commissione.....
- dott. Stefano Berti, segretario verbalizzante.....



Procedura di importo pari o superiore ad € 139.000,00, Iva esclusa, ed inferiore alla soglia comunitaria, mediante ricorso alla piattaforma telematica *e-procurement*, per l'affidamento della fornitura di kit vari di sierologia, di durata triennale, per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Numero gara: 9089200

CIG – LOTTO 1: 98159477B6

CIG – LOTTO 2: 9815971B83

CIG – LOTTO 3: 9815989A5E

CIG – LOTTO 4: 9816000374

CIG – LOTTO 5: 9816014EFE

CIG – LOTTO 6: 9816028A8D

Il Verbale della Commissione giudicatrice di valutazione qualitativa delle offerte tecniche

In data odierna 26/09/2023, alle ore 15:25, si riunisce in seduta congiunta e riservata la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione Dirigenziale n. 291 del 10/08/2023, incaricata della valutazione qualitativa delle offerte pervenute nell'ambito della procedura di gara indicata in oggetto e della conseguente attribuzione del punteggio tecnico-qualitativo sulla base dei parametri, dei metodi e delle formule indicate nella documentazione di gara.

La Commissione è composta come segue:

- dott.ssa Alda Natale, Direttore della SCT3 – Diagnostica in Sanità Animale dell'Istituto, in qualità di Presidente;
- dott. Alexander Tavella, Direttore della SCT6 – Sezione di Bolzano dell'Istituto, in qualità di componente effettivo, collegato, per l'occasione, in videoconferenza;
- dott.ssa Debora Dellamaria, Dirigente veterinario presso la SCT5 – Laboratorio Diagnostica clinica e sierologia di piano dell'Istituto, in qualità di componente effettivo;
- dott. Stefano Berti, Assistente amministrativo presso il Servizio Gare, in qualità di segretario verbalizzante, che partecipa alla presente seduta collegato in videoconferenza.

Con seduta del 20/09/2023, come da verbale agli atti, nel corso dell'analisi delle offerte tecniche prodotte da tutti gli offerenti, la Commissione ha valutato tecnicamente idonee tutte le offerte presentate dagli operatori economici partecipanti, ad eccezione di Gold Standard Diagnostics Trieste S.p.A. per il lotto 2, per il quale la suddetta Commissione ha rilevato all'unanimità la necessità di richiedere un chiarimento necessario per dare un'interpretazione corretta a quanto proposto.

Con nota del 22/09/2023 (ns. prot. n. 8956/2023), trasmessa a mezzo pec e tramite piattaforma telematica SinTel, l'Istituto ha, pertanto, provveduto a richiedere al suddetto operatore economico i chiarimenti richiesti dalla Commissione.

La Commissione si riunisce in data odierna al fine di verificare il chiarimento pervenuto da Gold Standard Diagnostics Trieste S.p.A. (ns. prot. n. 9141/2023).

Concluse tali operazioni di verifica, la Commissione evidenzia che nella risposta dell'operatore economico in parola non vi sono dati evidenti relativi alla specificità ed al riferimento al fatto che tale specificità sia stata calcolata a partire da sieri animali vaccinati con vaccino marker.

La Commissione rileva all'unanimità la necessità di richiedere, pertanto, un ulteriore chiarimento necessario al fine di ricevere i dettagli richiesti, chiedendo, pertanto, all'operatore economico di comunicargli se:

- il requisito non è indicato nei documenti d'offerta, ma è garantito/autocertificato (la popolazione con vaccino);

oppure

- il requisito è sconosciuto (non si conosce lo stato vaccinale della popolazione).

Da un'analisi dell'offerta tecnica presentata dalla medesima Ditta, la Commissione ha, altresì, rilevato che i certificati ISO 9001 presentati nell'offerta tecnica, sono scaduti in data 22/12/2022.

La Commissione rileva all'unanimità la necessità di richiedere, pertanto, se tali certificati sono stati integrati/rinnovati.

Ciò considerato, il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale verrà trasmesso al RUP per il seguito di competenza.

Il Presidente chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni: nessuno comunica alcuna osservazione.

La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 15:50.

Il presente Verbale, composto da n. 2 pagine è letto, approvato e sottoscritto come segue:

- dott.ssa Alda Natale – Presidente della Commissione giudicatrice.....
- dott. Alexander Tavella – componente della Commissione.....
- dott.ssa Debora Dellamaria – componente della Commissione.....
- dott. Stefano Berti – segretario verbalizzante.....



Procedura di importo pari o superiore ad € 139.000,00, Iva esclusa, ed inferiore alla soglia comunitaria, mediante ricorso alla piattaforma telematica e-procurement, per l'affidamento della fornitura di kit vari di sierologia, di durata triennale, per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Numero gara: 9089200

CIG – LOTTO 1: 98159477B6

CIG – LOTTO 2: 9815971B83

CIG – LOTTO 3: 9815989A5E

CIG – LOTTO 4: 9816000374

CIG – LOTTO 5: 9816014EFE

CIG – LOTTO 6: 9816028A8D

III Verbale della Commissione giudicatrice di valutazione qualitativa delle offerte tecniche

In data odierna 26/10/2023, alle ore 10:00, si riunisce in seduta congiunta e riservata la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione Dirigenziale n. 291 del 10/08/2023, incaricata della valutazione qualitativa delle offerte pervenute nell'ambito della procedura di gara indicata in oggetto e della conseguente attribuzione del punteggio tecnico-qualitativo sulla base dei parametri, dei metodi e delle formule indicate nella documentazione di gara.

La Commissione è composta come segue:

- dott.ssa Alda Natale, Direttore della SCT3 – Diagnostica in Sanità Animale dell'Istituto, in qualità di Presidente;
- dott. Alexander Tavella, Direttore della SCT6 – Sezione di Bolzano dell'Istituto, in qualità di componente effettivo, collegato, per l'occasione, in videoconferenza;
- dott.ssa Debora Dellamaria, Dirigente veterinario presso la SCT5 – Laboratorio Diagnostica clinica e sierologia di piano dell'Istituto, in qualità di componente effettivo, che partecipa alla presente seduta collegata in videoconferenza;
- dott. Stefano Berti, Assistente amministrativo presso il Servizio Gare, in qualità di segretario verbalizzante.

Con seduta del 20/09/2023, come da verbale agli atti, nel corso dell'analisi delle offerte tecniche prodotte da tutti gli offerenti, la Commissione ha valutato tecnicamente idonee tutte le offerte presentate dagli operatori economici partecipanti, ad eccezione di Gold Standard Diagnostics Trieste S.p.A. per il lotto 2, per il quale la suddetta Commissione ha rilevato all'unanimità la necessità di richiedere un chiarimento necessario per dare un'interpretazione corretta a quanto proposto.

Con seduta del 26/09/2023, come da verbale agli atti, la Commissione si è riunita al fine di verificare il chiarimento pervenuto da Gold Standard e, a seguito di tale verifica, ha rilevato all'unanimità la necessità di richiedere un ulteriore chiarimento necessario al fine di ricevere i dettagli richiesti.

Con nota del 28/09/2023 (ns. prot. n. 9244/2023), trasmessa a mezzo pec e tramite piattaforma telematica SinTel, l'Istituto ha, pertanto, provveduto a richiedere al suddetto operatore economico i chiarimenti richiesti dalla Commissione.

La Commissione si riunisce in data odierna al fine di verificare il nuovo chiarimento (ns. prot. n. 9430/2023) pervenuto da Gold Standard Diagnostics Trieste S.p.A., relativo al **lotto 2** della procedura.

Concluse tali operazioni di verifica, la Commissione prende atto del nuovo chiarimento pervenuto dalla ditta in parola e delle seguenti criticità rilevate nelle offerte presentate dalla ditta stessa per i lotti a cui partecipa:

LOTTO 1 – IBR anticorpi totali kit Elisa

In sede di autocertificazione, la ditta concorrente ha dichiarato una sensibilità e specificità diagnostica del kit offerto superiore al 98%.

Tuttavia la Commissione rileva che:

- nel fascicolo di validazione presentato dalla ditta i valori di sensibilità e specificità diagnostica dichiarati fanno riferimento soltanto al latte, mentre il capitolato di gara richiede esplicitamente i valori riferiti a siero di sangue bovino
- al punto 4.2.2. (specificità analitica) del Fascicolo di validazione i campioni con risultato atteso negativo sono dichiarati POSITIVI sia per “Result” sia per “Expected result OIE/FLI”.
- nel fascicolo di validazione presentato dalla ditta non sono rilevabili i valori di sensibilità e di specificità diagnostica, la dimensione e le caratteristiche delle popolazioni animali su cui tali valori sono stati calcolati.

Alla luce di quanto rilevato la Commissione all’unanimità ritiene che l’offerta tecnica presentata dall’operatore economico Gold Standard Diagnostics Trieste S.p.A. per il lotto 1 non sia idonea.

LOTTO 2 – IBR anticorpi gE kit Elisa

In sede di autocertificazione, la ditta concorrente ha dichiarato che il kit offerto ha valori di specificità diagnostica (in capi vaccinati con vaccino marker) superiore al 98%.

In seguito alla nostra richiesta di chiarimento relativa alle caratteristiche della popolazione animale su cui è stata calcolata la specificità, la ditta offerente non ha fornito indicazioni circa i punti del fascicolo di validazione in cui siano esplicitate tali informazioni, bensì ha integrato la propria documentazione con un nuovo e ulteriore documento nel quale, tra l’altro:

- si riportano i dati delle analisi eseguite su una popolazione diversa da quella nominata nel fascicolo di validazione;
- non viene descritto il dato di specificità calcolato, alla luce della nuova popolazione, ma si riportano i risultati grezzi delle analisi (n. positivi e n. negativi) effettuate sulla stessa

Alla luce di quanto rilevato la Commissione all’unanimità ritiene che l’offerta tecnica presentata dall’operatore economico Gold Standard Diagnostics Trieste S.p.A. per il lotto 2 non sia idonea.

LOTTO 3 – Aujeszky anticorpi gE kit Elisa

In sede di autocertificazione, la ditta concorrente ha dichiarato una sensibilità diagnostica del kit offerto superiore al 98%.

Tuttavia, al paragrafo 4.3 Field Trials del fascicolo di validazione presentato, è riportato il seguente studio, da cui risulta l’identificazione di 384 soggetti positivi su 434, per una sensibilità pari all’88%.

4.3 FIELD TRIALS

In order to determine the performance of the assay in field trials, 434 sera from 13 different positive herds were analyzed.

	HERD 1	HERD 2	HERD 3	HERD 4	HERD 5	HERD 6	HERD 7	HERD 8	HERD 9	HERD 10	HERD 11	HERD 12	HERD 13
POSITIVE	12	6	13	39	15	12	19	28	23	64	47	30	76
TOTAL	12	14	13	41	20	15	21	28	31	68	55	38	78

In tale fascicolo di validazione non sono, inoltre, riportati i valori di sensibilità e di specificità diagnostica del kit, la dimensione e caratteristiche delle popolazioni animali su cui tali valori sono stati calcolati.

Alla luce di quanto rilevato la Commissione all'unanimità ritiene che l'offerta tecnica presentata dall'operatore economico Gold Standard Diagnostics Trieste S.p.A. per il lotto 3 non sia idonea.

LOTTO 5 – CAEV/MVV anticorpi kit Elisa

Nel fascicolo di validazione la Commissione non trova evidenza della capacità del kit di rilevare correttamente la sieroconversione in capre sottoposte ad infezione sperimentale con ceppi appartenenti al genotipo B, come richiesto dal Capitolato di gara.

Per tale motivo la Commissione all'unanimità ritiene che l'offerta tecnica presentata dall'operatore economico Gold Standard Diagnostics Trieste S.p.A. per il lotto 5 non sia idonea.

Ciò considerato, il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale verrà trasmesso al RUP per il seguito di competenza.

Il Presidente chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni: nessuno comunica alcuna osservazione.

La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 12:00

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:

- dott.ssa Alda Natale – Presidente della Commissione giudicatrice.....
- dott. Alexander Tavella – componente della Commissione.....
- dott.ssa Debora Dellamaria – componente della Commissione.....
- dott. Stefano Berti – segretario verbalizzante.....