



Procedura di importo pari o superiore ad € 139.000,00, Iva esclusa, ed inferiore alla soglia comunitaria, mediante ricorso alla piattaforma telematica e-procurement, per l'affidamento della fornitura di kit vari di sierologia, di durata triennale, per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Numero gara: 9089200

CIG – LOTTO 1: 98159477B6

CIG – LOTTO 2: 9815971B83

CIG – LOTTO 3: 9815989A5E

CIG – LOTTO 4: 9816000374

CIG – LOTTO 5: 9816014EFE

CIG – LOTTO 6: 9816028A8D

I Verbale della Commissione giudicatrice di valutazione qualitativa delle offerte tecniche

In data odierna 21/09/2023, alle ore 10:00, si riunisce in seduta congiunta e riservata la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione Dirigenziale n. 291 del 10/08/2023, incaricata della valutazione qualitativa delle offerte pervenute nell'ambito della procedura di gara indicata in oggetto e della conseguente attribuzione del punteggio tecnico-qualitativo sulla base dei parametri, dei metodi e delle formule indicate nella documentazione di gara.

La Commissione è composta come segue:

- dott.ssa Alda Natale, Direttore della SCT3 – Diagnostica in Sanità Animale dell'Istituto, in qualità di Presidente;
- dott. Alexander Tavella, Direttore della SCT6 – Sezione di Bolzano dell'Istituto, in qualità di componente effettivo, collegato, per l'occasione, in videoconferenza;
- dott.ssa Debora Dellamaria, Dirigente veterinario presso la SCT5 – Laboratorio Diagnostica clinica e sierologia di piano dell'Istituto, in qualità di componente effettivo, collegata, per l'occasione, in videoconferenza;
- dott. Stefano Berti, Assistente amministrativo presso il Servizio Gare, in qualità di segretario verbalizzante, collegato, per l'occasione, in videoconferenza.

Le dichiarazioni sostitutive dei componenti della Commissione Giudicatrice e del segretario verbalizzante attestanti l'insussistenza di cause di incompatibilità e astensione di cui all'articolo 77, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, l'assenza di conflitti di interesse o motivi di astensione di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990, e comportanti l'accettazione espressa del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'Istituto sono conservate agli atti, essendo state rese all'atto dell'accettazione dell'incarico.

Atteso che la *lex specialis* di gara prevede l'aggiudicazione della procedura di gara in parola secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo un punteggio massimo di n. 30 punti alla componente economica e un punteggio massimo di n. 70 punti alla componente tecnico-qualitativa, per un totale di n. 100 punti, la Commissione giudicatrice si riunisce in data odierna al fine di effettuare l'esame sostanziale delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti:

- Gold Standard Diagnostics Trieste S.p.A. (Lotti 1, 2, 3 e 5);
- Innovative Diagnostics S.a.s. (Lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6).

In ossequio a quanto indicato nella suddetta documentazione, la Commissione concorda preliminarmente di effettuare le proprie attività valutative secondo la seguente modalità:

- In data odierna verranno analizzate le offerte tecniche al fine di verificarne l'idoneità tecnica, consistente nell'effettiva conformità, dei beni oggetto della procedura di gara in parola, alle modalità di espletamento qualificate quali caratteristiche tecniche minime Capitolato Tecnico;
- In successive sedute verrà effettuata la valutazione sostanziale delle stesse sulla base dei parametri indicati nel Disciplinare di gara, con conseguente attribuzione dei punteggi relativi al fattore qualità applicando le formule ed i metodi indicati nella documentazione di gara.

Concluse le comunicazioni preliminari, il Presidente dà atto del fatto che la documentazione di gara prescrive che l'offerta tecnica, per ogni singolo lotto, sia costituita dalla seguente documentazione:

- a) Il modello di autocertificazione relativo al kit offerto (*Allegati 3A, 3B, 3C, 3D, 3E e 3F*);
- b) il fascicolo di validazione del kit offerto, in cui siano riportati i valori di sensibilità e di specificità diagnostica, la dimensione e le caratteristiche delle popolazioni animali su cui tali valori sono stati calcolati;
- c) le istruzioni d'uso del prodotto offerto, in lingua italiana o inglese.

Ciò considerato nel corso della presente seduta riservata i Commissari, avvalendosi della suddetta documentazione tecnica, verificano preliminarmente l'idoneità tecnica delle offerte, ossia la conformità dei beni proposti alle modalità di espletamento qualificate quali caratteristiche tecniche minime nel Capitolato Tecnico.

Nel corso dell'analisi delle offerte tecniche prodotte dagli offerenti, la Commissione valuta tecnicamente idonee tutte le offerte presentate dagli operatori economici partecipanti, ad eccezione dell'offerta presentata da Gold Standard Diagnostics Trieste S.r.l. per il lotto 2, per il quale la suddetta Commissione rileva all'unanimità la necessità di richiedere un chiarimento necessario per dare un'interpretazione corretta a quanto proposto in ordine al seguente aspetto:

In merito alle caratteristiche tecniche relative al LOTTO 2 del capitolato tecnico di gara, nella propria offerta tecnica l'operatore economico in parola dichiara, infatti, che il kit offerto possiede valori di specificità diagnostica (in capi vaccinati con vaccino marker) e di sensibilità diagnostica superiore al 98%, nel siero di sangue bovino.

Tuttavia, pur avendo reso disponibile il fascicolo di validazione relativo al kit oggetto di gara e, pur fornendo dati relativi alla specificità diagnostica, manca il riferimento al fatto che tale specificità sia stata calcolata a partire da sieri di animali vaccinati con vaccino marker, come richiesto dalle caratteristiche tecniche minime indicate nel capitolato. Nel fascicolo di validazione è riportato, infatti, che la specificità diagnostica è stata calcolata impiegando sieri bovini di differente origine e catalogati in base agli esiti di un altro test commerciale denominato *IDEXX IBR gE Ab kit*.

Si rende, pertanto, necessario richiedere a Gold Standard Diagnostics Trieste S.r.l. di indicare in quale documento dell'offerta tecnica presentata è possibile verificare il possesso della caratteristica tecnica sopraccitata

Il Presidente chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni: nessuno comunica alcuna osservazione.

La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 12:00.

Il presente Verbale, composto da n. 2 pagine è letto, approvato e sottoscritto come segue:

- dott.ssa Alda Natale, Presidente della Commissione giudicatrice.....
- dott. Alexander Tavella, componente della Commissione.....
- dott.ssa Debora Dellamaria, componente della Commissione.....
- dott. Stefano Berti, segretario verbalizzante.....